

【医療用マスク 規格書／仕様書】

製品名： 医療用マスク（JIS T 9001 適合）

2025年6月20日

1. 基本情報

項目	内容
製品名称	医療用マスク（三層構造）
製造メーカー	ウエルシー製薬株式会社
原産国	中国
用途	医療現場および一般衛生用途
規格適合	JIS T 9001:2021（医療用マスククラス1合格）

2. 構造および材質

層	材質	特徴
外層	ポリプロピレン不織布	撥水加工
中層	メルトブロー不織布	高性能フィルター層
内層	ポリプロピレン不織布	肌にやさしいソフト素材
フィットアーム	PP+鉄芯	フィット性向上
耳ひも	ポリエステル+ポリウレタン	長時間の使用でも耳が痛くなりにくい、伸縮性のある素材

3. 製品仕様

項目	規格値
構造	3層構造
カラー	ホワイト
本体サイズ	約 175mm × 95mm
耳ひも幅サイズ	5 mm
枚数/箱	50 枚/箱
箱/カートン	60 箱/カートン
タイプ	使い捨て
包装状態	内袋 PE 入り + 紙箱包装
内箱サイズ	190 × 100 × 70mm
段ボールサイズ	520 × 400 × 440mm



4. 性能 (JIS T 9001 適合基準)

試験項目	試験方法／基準	
	JIS T 9001 医療用マスク クラス I	測定結果
微小粒子捕集効率 (PFE) (%)	≥95	99.9%
バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE) (%)	≥95	99.9%
ウイルス飛まつ捕集効率 (VFE) (%)	≥95	99.9%
圧力損失 (Pa/cm ²)	<60	46.7 Pa
人工血液バリア性 (kPa)	10.6	80mmHg 合格
可燃性	区分 1	区分 1 着炎せず
遊離ホルムアルデヒド (μg/g)	≤75	合格
特定アゾ色素 (μg/g) ^{a)}	≤30 ^{b)}	20 以下
蛍光 ^{c)}	著しい蛍光を認めず	著しい蛍光を認めず

注^{a)} 着色又は染色された製品についてだけ試験を適用する。

注^{b)} 生成された特定芳香族アミン 24 種それぞれが 30 μg/g 以下でなければならない。

注^{c)} マスクの呼吸に係る本体部 (耳掛けゴムなどの付属品を除く。) だけに適用する。

JIS T9001 : 2021 (一般財団法人 カケンテストセンターより試験結果合格)

5. 保管条件および使用期限

項目	内容
保管条件	高温多湿および直射日光を避けて保管
使用期限	製造日より 2 年 (個包装の印字参照)

6. 備考

- 本製品は使い捨てタイプです。再利用はしないでください。
- 本製品は医療用マスクとして日本産業規格 JIS T 9001 に適合しています。

